



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2024

APÊNDICE DO ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1. Registro de Preços por item, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual Aquisição com fornecimento parcelado de **material permanente** classificados como utensílios de Enfermaria, Médicos Hospitalares e Cirúrgicos, em atendimento as necessidades do Hospital Geral Alfredo Alves de Lima, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no instrumento convocatório.

2. Descrição da necessidade

2.1. A presente demanda tem por finalidade a aquisição de Equipamento Médico Hospitalar (EMH) e Mobiliário Permanente Hospitalar (MP), a fim de atender às necessidades de reposição, renovação e padronização dos mobiliários e equipamento para o Hospital Geral Alfredo Alves de Lima. Outrossim, em uma situação de emergência, pode haver pacientes com lesões, fraquezas ou condições médicas que os impeçam de se mover, logo os referidos bens vão permitir que esses pacientes sejam atendidos ou transportados com segurança para áreas de avaliação ou tratamento.

2.2. A pretensa aquisição visa atender às necessidades do HAAL (Hospital Alfredo Alves de Lima) para a substituição dos bens deteriorados pelo tempo e frequência de uso, assim como a padronização, a otimização e a modernização da Seção de cardiologia. Busca-se também proporcionar condições de higiene e conforto nos locais de trabalho para contribuir com a Instituição no desenvolvimento de suas atividades finalísticas e na qualidade e excelência dos serviços ofertados aos seus usuários. Portanto, o HAAL deve possuir equipamentos hospitalares modernos e adequados, de alta qualidade e performance para desempenhar seu principal propósito que é realizar procedimentos de alta complexidade, o que inclui atendimentos e procedimentos no âmbito desta Clínica de Cardiologia.

2.3. Esta aquisição ocupa um papel de destaque dentro do complexo sistema de compras no HAAL, uma vez que proporciona uma assistência que preza pela qualidade e excelência dos serviços ofertados aos seus usuários. Os objetos de que tratam este processo são indispensáveis como material de apoio às atividades-fim desta Instituição. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes, servidores e colaboradores, além de também proporcionar condições de higiene e conforto nos locais de trabalho.


2.4. A aquisição alinha-se com o modelo de gestão do HAAL no intuito de aumentar a sua capacidade de atendimentos e procedimentos hospitalares, visando sempre oferecer serviços que atendam e superem às expectativas dos usuários e pacientes, com eficiência, eficácia e efetividade

2.5. As quantidades solicitadas dos materiais estão ajustadas às necessidades atuais do hospital, além de considerar a previsão no aumento da demanda por atendimentos, devido o fato de que a Seção de Cardiologia vai expandir sua estrutura física e operacional.

3. Descrição dos Requisitos da Contratação

3.1. DA GARANTIA DO PRODUTO

3.1.1. A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de


Renato João dos Santos
Diretor de Adm Hospitalar
Mat 344611 Port 99/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11/09/1990 – Código Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes.

3.1.2. A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do objeto.

3.1.3. Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia seguinte ao da notificação da inconformidade.

3.1.4. Os produtos ofertados pelos licitantes devem ter garantia mínima de 12 (doze) meses contados da data de instalação/entrega ou contra defeito de fabricação.

3.2. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS

3.2.1. Não será solicitada amostra. A compatibilidade com as especificações demandadas será aferida pela proposta da empresa, a qual deverá ser enviada juntamente com o catálogo dos materiais.

3.3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

3.3.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados dos recebimentos da Nota de Empenho, no seguinte endereço:

3.3.1.1. HOSPITAL ALFREDO ALVES DE LIMA: Avenida Vinte de Dezembro, S/Nº, Chã Grande/PE, CEP: 55.636-000, quando se tratar de Nota Fiscal com natureza de operação venda, sendo o recebimento do responsável pelo contrato.

3.3.1.2. A remessa do pedido deverá ser iniciada após o recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO.

3.3.1.3. A "ORDEM DE FORNECIMENTO" será emitida via e-mail do Setor de Compras, através da secretaria de Governo, com o QR de comprovação de autenticidade, assinado pelo chefe do setor ou seu substituto.


3.3.1.4. O prazo de entrega estabelecido acima poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pela Autoridade Competente.

3.3.1.5. Caberá à Seção de Almojarifado com o auxílio do setor solicitante, o recebimento dos materiais, incumbindo-lhe a declaração do aceite dos materiais conforme as especificações do edital.

3.3.2. O recebimento dos materiais licitados está condicionado à conferência, avaliações qualitativas e aceitação final, obrigando-se o licitante vencedor a reparar e corrigir os eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectados, na forma prevista no Termo de Referência, na Lei nº 14.133/21 e no Código de Defesa do Consumidor, em tudo o que couber.

3.3.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.3.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.


Renato João dos Santos
Diretor de Adm. Hospitalar
Mat. 44611 Port. 98/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

3.3.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

3.3.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4. Levantamento de Mercado

4.1. Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades do HAAL e, as que foram identificadas, foram incorporadas nesta contratação em análise

4.2. Das possíveis soluções existentes no mercado

4.2.1. Das soluções:

4.2.1.1. Solução 1 - Encaminhamento dos pacientes para clínicas e/ou Organizações Cívicas de Saúde credenciadas;

4.2.1.2. Solução 2 – Realizar a aquisição dos materiais e empregá-los em procedimentos com a equipe médica especialista do HAAL;

4.2.1.3. Solução 3 - Locação dos equipamentos;

4.2.2. Da análise das soluções:

4.2.2.1. Solução 1 – Não é viável por gerar elevado custo para este Hospital.

4.2.2.2. Solução 2 – Considera-se mais adequada, uma vez que os materiais serão utilizados em procedimentos realizados pela equipe de saúde do HAAL.

4.2.2.3. Solução 3 - Não é prática comum no mercado;

4.3. Das possíveis formas de contratação

4.3.1. Das formas:

4.3.1.1. Forma 1 - Buscar atas de registro de preços disponíveis para a realização de adesão.

4.3.1.2. Forma 2 - Manifestar intenção de registro de preços junto a outro órgão, na condição de participante.

4.3.1.3. Forma 3 - Realizar licitação própria;

4.3.2. Da análise das formas de contratação:

4.3.2.1. Forma 1 - Não foi encontrada ata de registro de preços disponível para a realização de adesão.


Renato João dos Santos
Diretor de Adm. Hospitalar
Mat 344611 Port 99/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.3.2.2. Forma 2 - Não foi encontrada intenção de registro de preços disponível para participação.

4.3.2.3. Forma 3 - É possível a realização de licitação, coordenada pela Diretoria de Administração Hospitalar.

4.4. Da conclusão

4.4.1. Com o exposto, esta equipe conclui que se deve realizar licitação própria, nos termos da Forma 3 para a execução da Solução 2.

5. Descrição da solução como um todo

5.1. Aquisição com fornecimento parcelado de material permanente, destinado a atender às necessidades de consumo do Hospital Alfredo Alves de Lima – HAAL, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no instrumento convocatório.

5.1.1. A necessidade foi demonstrada no item 2 do presente Estudo Técnico Preliminar - ETP.

5.1.2. Os requisitos da contratação foram elencados no item 4 do presente ETP.

5.1.3. Foram analisadas as possíveis soluções no item 5 do presente ETP

5.2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

5.2.1. O objeto da presente aquisição pode ser objetivamente especificado por meio de padrões usuais no mercado. Assim, depreende-se que possa ser classificado como "bem comum" e, portanto, ser adquirido por meio de processo licitatório, nos termos do inciso XIII, do art. 6º, da lei 14.133, de 2021.


6. Estimativa das Quantidades a serem contratadas

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CÓDIGO BR	QUANTIDADE	Valores (R\$)	
					Unitário	Total
01	Cama Hospitalar Elétrica – Cama elétrica bivolt de uso hospitalar resistente com movimentos de elevação dorsal, fowler, semi-fowler, flexão de pernas, cardíaco e sentado, trendelemburg, proclive e posição poltrona; Regulagem de altura (Aprox. 56 a 78cm); Inclinação do leito de 55º Graus; Acionamento através de motores elétricos bivolt, com controle remoto; Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó; Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo; Acompanha grades em material termoplástico injetado; Base revestida em carenagem decorativa; Grades de proteção, cabeceira e peseira em poliuretano injetado; Com Saia Decorativa; Controle Por Meio De 2 Membrana Digital; Grade de proteção escamoteável 4 Unidades 2 em cada uma das laterais; Rodízios de 4" com freios e capacidade para 150kg.	UND.	BR0404743	08	12.584,94	100.679,52
02	Bomba de Infusão UNIVERSAL - bomba de infusão volumétrica com controle de fluxo de infusão de alta precisão e medidas de alarme (válvula de corte de fluxo automático durante alarmes), compatível com vários conjunto de IV e possibilidade de calibração pelo usuário; Cabo de alimentação; Tela LCD; Sistema Peristáltico Linear; Sistema detector de bolhas;	UND.	BR0311238	06	3.600,00	21.600,00

Renato
Renato João dos Santos
Diretor de Adm. Hospitalar
Mat. 344611 Port. 99/2021


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Alça de carregamento e estrutura de fixação; Compatível com equipos universais próprios para bomba de infusão, a base de silicone; Fonte de alimentação: AC 100 ~ 240 V, 50 /60 Hz; Bateria: Lítio recarregável com autonomia de aproximadamente 4 horas; Aprovado pelos órgãos fiscalizadores e garantia de 01 ano.					
03	Oxímetro de Pulso Portátil Neonatal – Oxímetro com Visor LCD colorido de alta resolução; Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências; Alarmes visuais e sonoros; Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal; Sensor de SpO2; Com sensor neonatal; Certificado pelo Inmetro; Garantia mínima de 12 meses.	UND.	BR0322053	01	108,28	108,28
04	Oxímetro de Pulso Portátil Adulto – Oxímetro com Visor LCD colorido de alta resolução; Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências; Alarmes visuais e sonoros; Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado; Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal; Sensor de SpO2; Com sensor Adulto; Certificado pelo Inmetro; Garantia mínima de 12 meses.	UND.	BR0322057	02	111,44	222,88
05	Escada 2 degraus – Escada confeccionada em aço inox com 2 degraus para uso hospitalar com alta resistência. Fixação ante derrapante. Capacidade: até 250 kg; Profundidade aproximada dos degraus: 250 mm; Dimensões aproximadas da base Larg x Prof: 550 x 660 mm; Altura aproximada: 500 mm; Número de Degraus: 2 Degraus; Garantia: 5 Anos.	UND.	BR0304811	50	185,54	9.277,00
06	Esfigmomanômetro Hospitalar - Aparelho de pressão digital de braço a pilha/bateria com Adaptador Fonte de Energia BIVOLT para ser usado conectado na Tomada; Medições tradicionais de pressão arterial e frequência cardíaca; Tensiómetro digital de braço com medições do tipo: Frequência cardíaca, Pressão diastólica, Pressão sistólica; Com indicador de erro de movimento; Enchimento Automático; Aprovado pelo INMETRO; Garantia mínima de 12 meses.	UND.	BR0485444	02	109,46	218,92
07	Maca Fixa com orifício e suporte de papel - Maca Fixa com Orifício e Suporte de Papel; Leito estofado com espuma D28 revestida em courvin impermeável; Resistente e de fácil limpeza; com orifício para apoio do rosto; Estrutura tubular em aço carbono e com tratamento antiferrugem; Pintura eletrostática a pó (Epóxi de alta resistência); Com regulagem da cabeceira; Com tampão para buraco do rosto; Dimensões aproximadas de 1,80m comprimento x 0,63m largura x 0,78m altura do leito; Capacidade de resistência de até 250 Kg; Garantia mínima de 12 meses.	UND.	BR0239612	06	367,83	2.206,98
08	Maca Fixa com suporte de papel - Maca Fixa com Suporte de Papel; Leito estofado com espuma D28 revestida em courvin; Resistente e de fácil limpeza; Estrutura tubular em aço carbono e com tratamento antiferrugem; Pintura eletrostática a pó (Epóxi de alta resistência); Com regulagem da cabeceira; Dimensões aproximadas de 1,80m comprimento x 0,63m largura x 0,80m altura do leito; Capacidade de resistência de até 260 Kg; Garantia mínima de	UND.	BR0239612	02	381,33	762,66


Renato João dos Santos
Diretor de Adm Hospitalar
Mat. 344611 Port. 98/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	12 meses.					
09	Maca com rodas (Transporte de paciente) - Maca em Aço com Rodízios, confeccionada com tubos de aço redondo de aproximadamente 1 e 1/4 polegadas de diâmetro; Pintura eletrostática a pó-epóxi; Leito estofado e revestido em courvim impermeável Com espuma de aproximadamente 10 cm de altura; Pés com rodízios de aproximadamente 4" com freios (sistema de travas); Dimensões aproximadas de 1,80m comprimento x 0,63m largura x 0,80m altura do leito Capacidade de resistência de até 250 Kg; Garantia mínima de 12 meses.	UND.	BR0463247	02	2.739,83	5.479,66
10	Cadeira de escritório (Tipo presidente) - Cadeira com rodízios para escritório tipo presidente estofado com Corino costurado, espuma Injetada e madeira de aproximadamente 15mm; Suporte de peso de 150 Kg; Rodas com diâmetro de aprox. 50 mm e Espessura de aprox. 2"; Material revestido em Corino (Courvim) impermeável na cor azul; Com apoio de braços ajustável; Giratória 360°; Com encosto reclinável; Com altura ajustável; Garantia mínima de 24 Meses.	UND.	BR0484126	12	655,98	7.871,76
11	Cadeira de escritório Pé Palito - Cadeira para escritório tipo secretaria tubular em aço; Com largura, altura e profundidade total de aprox. 42 cm x 83 cm x 50 cm; Peso suportável de 120 Kg; Acabamento em Corino (Courvim) impermeável na cor azul; Espuma Injetada em assento e encosto de no mínimo 4 cm de espessura; Ergonômica; Garantia mínima de 12 meses.	UND.	BR0608818	25	244,84	6.121,00
12	Mesa de Escritório - Mesa tipo escritório para consultórios com 3 gavetas na cor branca e estrutura 100% MDP de medidas aproximadas de 15mm e fibra de aproximadas de 3mm; Acabamento em BP ou fórmica impermeável e de fácil higienização; Pés Sapatas PVC; Puxadores da gaveta em PVC Cromado ou similar; Gavetas com Montagem reversível, corredeiras metálicas e chave; Com dimensão aproximadas (L x A x P) de 155cm x 75cm x 60cm; Garantia mínima de 12 meses.	UND.	BR0485776	08	445,64	3.565,12
13	Monitor Multiparâmetros - Monitores de sinais vitais multiparâmetros com oximetria, equipamento com alça e bateria de lítio carregável; Parâmetros de monitoramento exibidos na interface de exibição, pré-configurados de RCG, Respiração, SPO2, PNI e Temperatura. Bateria interna recarregável, modo de operação contínuo, energia de 100-240V automático e teclas de acesso rápido; Gabinete de alta resistência mecânica isolado eletricamente.	UND.	BR0288573	04	5.821,92	23.287,68
14	Suporte para soro - Suporte em tubo variável de inox (material resistente e durável) para sustentar recipientes de fluidos, como bolsas/frascos de soro e nutrição enteral, com 4 rodízios de aproximadamente 2", com trava, ajuste de altura, no mínimo 3 ganchos soldados horizontalmente.	UND.	BR0463247	10	180,07	1.800,70
15	Cortina Hospitalar de Janela - Cortina para janela hospitalar confeccionada em PVC (vinil) Antimicrobiano, superfície 100% liso, sem textura e sem porosidade; Material resistente e sem componentes tóxicos; Com proteção de raios solares; com material de fácil higienização e resistente à chamas; Com tratamento antibacteriano e antifúngico; Com trilhos (ou varão) e demais materiais necessários para sua instalação inclusos; Cor azul; Abertura central;	UND.	BR0616735	28	204,50	5.726,00


Renato João dos Santos
Diretor de Adm. Hospitalar
Mat. 344611 Port. 98/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Medida: largura x altura					
16	<p>Berço Hospitalar Neonatal - Berço Hospitalar para cuidados intensivos de prematuros e recém-nascidos para atender as necessidades dos profissionais de saúde. Estrutura de Construído em três versões; aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática (Epoxi) em tubo de 1" pol. de alta qualidade; Com quatro rodízios giratórios de 3" polegadas (sendo dois com freio); Dimensões de 100cm x 50cm x 81cm (A x L x C) <i>aproximado</i>. Leito cuna em acrílico cristal (<i>transparente</i>), com trava de segurança oferecendo os movimentos de trendelemburg, horizontal e próclive nas Dimensões de 21cm x 35 cm x 67cm (A x L x C) <i>aproximado</i>. Com colchão com capa em material impermeável, atóxico, não alérgico, auto-extinguível com abertura em um dos lados para desinfecção com zíper e 3 cm espessura <i>aproximado</i>. Com os seguintes acessórios: Bandeja Intermediária com compartimentos; Bandeja inferior em aço pintado (branco) em aço inoxidável; Bandeja de conveniência com porta mamadeira, sabonete, fralda e etc; Porta Papeleta e Porta mamadeira pintado, cromado, Inox ou Acrílico; Bandeja Aramada inferior; Proteção frontal e traseiro contra choques (<i>parachoque</i>); Suporte de soro com altura regulável; Quatro Rodízios de 2" ou 4" pol. em poliuretano (<i>dois com freio</i>). Colchão com espessura <i>aproximada</i> de 5cm; Alça para locomoção simples ou dupla. Garantia mínima de 12 meses.</p>	UND.	BR0443197	6	1.633,29	9.799,74
17	<p>Colchão Hospitalar D33 - colchão composto em Espuma 100% poliuretano Selada. Revestimento em napa (curvim) impermeável; Dimensões de Largura 88 cm x Altura 188 cm x Espessura 15cm, Antifungo, Densidade D33; suporta até 100 kg; certificado pela INMETRO, Antiácaro, Tamanho solteiro, Antialérgico, Cor azul; Garantia de 1 ano.</p>	UND.	BR0424283	35	490,00	17.150,00
18	<p>Colchão Hospitalar D45 - colchão composto em Espuma 100% poliuretano Selada. Revestimento em napa (curvim) impermeável; Dimensões de Largura 88 cm x Altura 188 cm x Espessura 20cm, Antifungo, Densidade D45; suporta até 150 kg; certificado pela INMETRO, Antiácaro, Tamanho solteiro, Antialérgico, Cor azul; Garantia de 1 ano.</p>	UND.	BR0431448	15	429,50	6.442,50

7. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 222.320,40 (Duzentos e vinte e dois mil, trezentos e vinte reais e quarenta centavos)

7.1. Os valores constantes da tabela inserida no item 6 do presente Estudo Técnico Preliminar foram obtidos do Mapa Comparativo de Preços acostado ao processo

8. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

8.1. A presente aquisição será dividida em itens.

8.2. Não há a necessidade de agrupamento dos itens.

8.3. Não há prejuízo para a Administração caso sejam reservadas cotas em favor de ME/EPP.


Renato João dos Santos
Diretor de Adm Hospitalar
Mat 344611 Port 99/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

9. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

9.1. Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

10. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

10.1. A contratação alinha-se com o planejamento da Direção de Administração Hospitalar. Está assertiva ampara-se na medida em que é constante a necessidade de tais materiais para o bom andamento das atividades a que se destina o HAAL.

10.2. A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

11. Benefícios a serem alcançados com a contratação

11.1. A aquisição dos bens elencados tem como objetivo atender às necessidades de modernização, substituição e reposição, através de aquisição de novos materiais para o Hospital Geral Alfredo Alves de Lima, tendo em vista a expansão física de suas instalações. Os referidos bens serão utilizados nos atendimentos ambulatoriais e de apoio cardiológico, sendo imprescindível sua utilização para a prestação de um atendimento de excelência tanto ao público interno quanto ao externo.

11.2. Outrossim, tal aquisição vai mitigar o direcionamento de pacientes para clínicas conveniadas, o que vai propiciar uma desoneração dos gastos desta OMS. Soma-se a isto, a continuidade na prestação dos serviços com maior eficiência, tendo em vista a utilização dos bens no dia a dia.

12. Providências a serem adotadas

12.1. O setor que fará uso do material requisitado já possui todas as estruturas elétricas e hidráulicas para a instalação e funcionamento dos equipamentos, não se fazendo necessária nenhuma adequação.

13. Possíveis Impactos Ambientais

13.1. Foi consultado os atos normativos editados pelos órgãos de proteção ao meio ambiente (Instrução Normativa nº 01/2010- SLTI/MPOG, Decreto nº 7.746/2012, e o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU (5ª edição, ago/2022) disponível em: [Licitações Sustentáveis — Advocacia-Geral da União \(www.gov.br\)](http://www.gov.br), sendo que os critérios de sustentabilidade ambiental em relação ao objeto licitado são os abaixo listados


13.1.1. Que sejam observados os requisitos ambientais para obtenção de certificação de Instituto Nacional de Meteorologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

13.1.2. Deverá ser inserido no EDITAL, no item de julgamento da proposta, na fase de avaliação de sua aceitabilidade e do cumprimento das especificações do objeto:

a) O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie juntamente com a proposta, sob pena de não aceitação, o documento comprobatório do registro do produto na ANVISA, conforme legislação vigente, notadamente a Lei nº 6.360, de 1976 e o Decreto nº 8.077, de 2013.

13.1.3. Deverá ser inserido no EDITAL, no item de Habilitação jurídica o seguinte requisito:

13.1.4. No caso de exercício de atividade de comércio, distribuição, armazenamento, embalagem,


Renato João dos Santos
Diretor de Adm Hospitalar
Mat 344611 Port 99/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

expedição, exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos (produtos para a saúde):

a) Autorização de Funcionamento (AFE) vigente, emitida pela ANVISA, para os produtos abrangidos pela RDC nº 16, de 1º de abril de 2014, da ANVISA. Caso a licitante seja dispensada da AFE, deverá apresentar documento de comprovação da dispensa; e

b) Licença Sanitária Estadual ou Municipal vigente, nos termos do artigo 21 da Lei n.º 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Caso a licitante seja dispensada da Licença, deverá apresentar documento de comprovação da dispensa.

14. Classificação quanto à Lei 12.527/2011

14.1. Tendo em vista o interesse público e a ampla divulgação do processo de licitação para a aquisição de Equipamento Médico Hospitalar e Mobiliário Permanente de uso hospitalar, julga-se não haver necessidade de classificação do presente Estudo Técnico Preliminar nos termos da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).


15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1.1. A presente aquisição é imprescindível, mostrando-se viável por se tratar de Equipamento Médico Hospitalar e de Materiais Permanentes de uso hospitalar, cuja ausência poderá acarretar prejuízo a excelência no atendimento ao público interno e externo do HAAL, além de atender à necessidade de substituição dos bens deteriorados pelo tempo e frequência de uso, assim como a padronização, a otimização e a modernização da Seção de Cardiologia. Isto posto, os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente com a salvaguarda da integridade física dos pacientes, cujo diagnóstico e tratamento necessitam dos materiais ora licitados.

Chã Grande/PE, 16 de agosto de 2024.


Renato João dos Santos
Diretor de Administração Hospitalar
Matrícula 344611